

SỞ Y TẾ
BỆNH VIỆN SÀN NHI

Số: 47/BVSNN-KDVTYT
V/v báo giá ram cannula

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trà Vinh, ngày 14 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh trang thiết bị y tế.

Lời đầu tiên, Bệnh viện Sàn – Nhi Trà Vinh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quý đơn vị.

Do nhu cầu mua sắm ram cannula. Bệnh viện Sàn – Nhi Trà Vinh kính mời các đơn vị quan tâm gửi báo giá để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, lập kế hoạch mua sắm (danh mục hàng hoá theo phụ lục đính kèm).

Báo giá của Quý đơn vị gửi về Bệnh viện Sàn – Nhi Trà Vinh (địa chỉ: Ấp Bến Có, xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh), file mềm báo giá gửi vào địa chỉ email: pkhbvsn@gmail.com. Thời gian nhận báo giá từ 08h00 đến 17h00 hàng ngày và trước ngày 05/5/2023.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Tổ xây dựng hồ sơ thầu Bệnh viện Sàn – Nhi Trà Vinh, điện thoại: 02943 849 989.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Lê Minh Dũng



PHỤ LỤC

(Đính kèm Công văn số: 47/BVSN-KDVTTYT Ngày 24 / 4 /2023)

STT	Tên mặt hàng	Đơn vị tính	Số lượng kế hoạch	Thông số kỹ thuật hoặc thành phần	Ghi chú
1	Ram Cannula size N4902	Cái	05	Sử dụng cho trẻ sinh non, trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ cần được bổ sung oxy, hỗ trợ hô hấp hoặc trợ thở. Sử dụng với lưu lượng Oxy âm thấp hoặc cao với kháng lực dòng tương ứng: Size N4902: 0.446 cmH ₂ O/L/ phút @ 2.5 LPM. Ngành cong, mềm. Màu sắc: xanh dương. Kích thước: + Khoảng cách vách ngăn: 4.75mm + Đường kính ngoài ngành thở: 3.5mm + Đường kính trong của lỗ mũi: 3.91mm Chất liệu ống và ngành cannula: PVC Chất liệu vòng chữ O: Silicone Không làm bằng cao su tự nhiên hoặc nhựa DEHP	
2	Ram Cannula size N4903	Cái	10	Sử dụng cho trẻ sinh non, trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ cần được bổ sung oxy, hỗ trợ hô hấp hoặc trợ thở. Sử dụng với lưu lượng Oxy âm thấp hoặc cao với kháng lực dòng tương ứng: Size N4903: 0.446 cmH ₂ O/L/ phút @ 2.5 LPM. Ngành cong, mềm.	

				<p>Màu sắc: cam</p> <p>Kích thước:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Khoảng cách vách ngăn: 5 mm + Đường kính ngoài ngạnh thở: 4 mm + Đường kính trong của lỗ mũi: 4.47 mm <p>Chất liệu ống và ngạnh cannula: PVC</p> <p>Chất liệu vòng chữ O: Silicone</p> <p>Không làm bằng cao su tự nhiên hoặc nhựa DEHP</p>	
3	Ram Cannula size N4904	Cái	05	<p>Sử dụng cho trẻ sinh non, trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ cần được hỗ trợ sung oxy, hỗ trợ hô hấp hoặc trợ thở.</p> <p>Sử dụng với lưu lượng Oxy ẩm thấp hoặc cao với kháng lực dòng tương ứng: Size N4904: 0.230 cmH₂O/L/ phút @ 15 LPM</p> <p>Ngạnh cong, mềm.</p> <p>Màu sắc: vàng</p> <p>Kích thước:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Khoảng cách vách ngăn: 5.75mm + Đường kính ngoài ngạnh thở: 5.25 mm + Đường kính trong của lỗ mũi: 5.85 mm <p>Chất liệu ống và ngạnh cannula: PVC</p> <p>Chất liệu vòng chữ O: Silicone</p> <p>Không làm bằng cao su tự nhiên hoặc nhựa DEHP</p>	

Phụ Lục 2. MẪU BẢO GIẢ



Gửi kèm công văn số: 47/BVSN-KDVTYT Ngày 24/4/2023 của Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tên đơn vị: **BỆNH VIỆN SẢN - NHI**
Mã số thuế: **SẢN - NHI**
Địa chỉ:
SDT liên hệ:

BẢNG BẢO GIẢ

Kính gửi: Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh

Chúng tôi xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá các mặt hàng như sau:

STT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật hoặc thành phần	Tên thương mại	Mã, code hàng hoá (REF)	Số đăng ký/Số công bố/Số giấy phép nhập khẩu ⁽¹⁾	Cơ sở sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đã có VAT VND) ⁽²⁾	Giá kê khai	Mã HS ⁽³⁾	Ghi chú
1														
2														
3														
...														

Giám đốc đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Bảo giá có hiệu lực đến ngày...tháng...năm 2023.

Lưu ý:

- Hàng hoá không thuộc quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 ghi rõ không áp dụng (KAD).
- Giá đã bao gồm thuế VAT, phí vận chuyển và các loại phí, lệ phí khác.
- Mã HS: mã hoá hàng hoá (HS – Harmonized Commodity Description and Coding System) theo Hệ thống phân loại hàng hoá do Tổ chức Hải quan thế giới WCO phát hành. Mã HS căn cứ theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính (được Tổng cục Hải quan đăng tải trên trang thông tin điện tử: <https://www.customs.gov.vn>). Đối với trang thiết bị y tế mã HS được xác định theo Thông tư số 14/2018/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ Y tế.