

Nguyệt Hoá, ngày 10 tháng 7 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam;

Lời đầu tiên, Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý đơn vị. Bệnh viện Sản - Nhi có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở xây dựng giá gói thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp Vật tư y tế cho Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh (13 mặt hàng)

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh
- Địa chỉ: Khóm Bến Có, Phường Nguyệt Hoá, tỉnh Vĩnh Long

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Quý đơn vị gửi về Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh

- Gmail: bvsnttravinh.syte@vinhlong.gov.vn và mscbvsn@gmail.com.

3. Thông tin của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Nguyễn Ngọc Diễm – Số điện thoại: 0979 900 369.
- Gmail: ngocdiembvsn@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 10/7/2026 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 20/7/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục Vật tư y tế cho Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh (13 mặt hàng)

(Phụ lục 01 - Đính kèm Yêu cầu báo giá)

2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, bảo quản:

- Địa điểm giao hàng: Khoa Dược – VTYT Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh

- Hàng hoá gửi đến bệnh viện phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Còn nguyên hộp, đai, kiện (đối với hàng chẵn)

+ Còn nguyên nhãn, mác, tem

- Thông tin về hàng hoá phải ghi trên bao, kiện đóng gói; các chỉ dẫn về bốc dỡ, vận chuyển, bảo quản.

- Công ty chịu trách nhiệm cung cấp hàng hoá đúng tên loại, khối lượng/số lượng, yêu cầu/thông số kỹ thuật, chủng loại, các giấy tờ liên quan khác (nếu có) của sản phẩm.

3. Báo giá Quý đơn vị thực hiện theo mẫu báo giá tại ***Phụ lục 02*** đính kèm Yêu cầu báo giá này.

4. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) và chi phí vận chuyển tới Bệnh viện.

Xin chân thành cảm ơn!



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TTHCVCBMT

GIÁM ĐỐC

Lê Minh Dũng

PHỤ LỤC 01
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ CHO BỆNH VIỆN SẢN – NHI TRÀ VINH (13 MẶT HÀNG)
(Đính kèm Yêu cầu báo giá ngày 10/7/2026)

STT	Tên mặt hàng	Đơn vị	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Ghi chú
01	Bóng đèn hồng ngoại	Cái	Công suất 250W	5	
02	Chỉ Chromic 1/0 kim tròn	Tép	Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm 1/0 kim tròn 1/2c, chiều dài chỉ 75cm, chiều dài kim 26mm. ISO 13485	60	
03	Chỉ Chromic 4/0 kim tròn	Tép	Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm 4/0 kim tròn 1/2c, chiều dài chỉ 75cm, chiều dài kim 26mm. ISO 13485	30	
04	Chỉ Polyglactine 1/0 kim tròn	Tép	Chỉ phẫu thuật Polyglactin 910 số 1/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. ISO 13485	90	
05	Chỉ Polyglactine 3/0 kim tròn	Tép	Chỉ phẫu thuật Polyglactin 910 số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. ISO 13485	60	
06	Phim X Quang 24x30cm	Hộp	Kích thước 24x30cm, hộp 100 tấm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	5	

07	Phim X Quang 30x40cm	Hộp	Kích thước 30x40cm, hộp 100 tấm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	10	
08	Thuốc rửa phim X-Quang	Bộ	Được sản xuất để sử dụng cho máy rửa phim X-quang tự động, phù hợp với tất cả các loại phim Xquang, Gồm thuốc hiện hình và định hình. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	1	
09	Pipet hút thể tích 100 1000 µl cơ	Cái	Được sản xuất từ vật liệu bền cơ học, chịu được hóa chất, tia UV cũng như thuốc thử và độ ẩm Khả năng điều chỉnh thể tích thông minh giúp tăng cao độ chính xác và tăng tốc độ điều chỉnh thể tích. Micropipet/Finnpipette đơn kênh, 100-1000 µl. Inaccuracy (%): $\pm 1.50\%$ tại 100µl; $\pm 1.00\%$ tại 500µl, $\pm 0.5\%$ tại 1000µl Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	2	
10	Pipet hút thể tích 10 100 µl cơ	Cái	Được sản xuất từ vật liệu bền cơ học, chịu được hóa chất, tia UV cũng như thuốc thử và độ ẩm Khả năng điều chỉnh thể tích thông minh giúp tăng cao độ chính xác và tăng tốc độ điều chỉnh thể tích. Micropipet/Finnpipette đơn kênh, 10-100 µl. Inaccuracy (%): $\pm 3.0\%$ tại 10µl; $\pm 1.2\%$ tại 50µl, $\pm 0.8\%$ tại 100µl Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	2	
11	Vòng tránh thai	Cái	Vòng tránh thai chứa đồng được làm bằng nhựa dẻo, quấn thêm dây đồng hoặc Vòng tránh thai nội tiết ngoài hình dáng giống vòng tránh thai bằng đồng nhưng khung nhựa có chứa hormone progestin	10	

12	Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng 3F	Bộ	Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm đầy đủ phụ kiện cho cả 3 kỹ thuật đặt Seldinger: Kim dẫn đường thẳng, Kim Y dẫn đường, bơm tiêm có lỗ luồn guidewire - Catheter Polyurethane, 2 đường 3Fr, - Dây dẫn đầu J Nitinol . - Kim nong - Kim dẫn đường - Co nối Y có van - Bơm tiêm 5ml có lỗ luồn dây dẫn (GW) - Dao rạch da số - 02 bơm tiêm 5ml, - Kim tiêm 18G, - Cánh cố định - 02 đầu nối không kim - Dây cáp ECG - Đóng gói tiệt trùng trong khay PET, không chứa latex, không chứa PHT - Đạt chứng nhận ISO 13485	10	
13	Kim luồn 20G nong da	Cái	Kim luồn tĩnh mạch dạng bút không cánh, không công tiêm thuốc - Kim thép không gỉ, phủ Silicone, mài nhẵn, 3 mặt vát siêu mỏng và sắc để đảm bảo không chấn thương và không đau - Ống thông chống xoắn. Bề mặt được bôi trơn bằng chất lỏng y tế để giảm ma sát trong quá trình đặt ống vào tĩnh mạch. Có 3 đường cản quang - Buồng báo máu hồi lưu trong suốt xác nhận tiêm tĩnh mạch ngay lập tức - Đóng gói riêng lẻ từng vỉ. Vô trùng, không độc hại, không gây sốt - Kích cỡ: 20G: 1.1x32mm - 62ml/min - Tiêu chuẩn ISO	10	

Phụ Lục 02. MẪU BÁO GIÁ

(Gửi kèm Yêu cầu báo giá ngày 10/7/2026 của Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh)

Tên đơn vị:.....

Mã số thuế:

Địa chỉ:

SĐT liên hệ:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

... .., ngày tháng năm 2026

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh

Chúng tôi xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá các mặt hàng như sau:

STT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật hoặc thành phần	Tên thương mại	Mã, code hàng hoá (REF)	Số đăng ký/Số công bố/Số giấy phép nhập khẩu	Cơ sở sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đã có VAT, VND)	Giá kê khai	Mã HS	Ghi chú
1														
2														
3														
...														

Giám đốc đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Báo giá có hiệu lực ngày, kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2026

