

Nguyệt Hoá, ngày 27 tháng 02 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam;

Lời đầu tiên, Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý đơn vị. Bệnh viện Sản - Nhi có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở xây dựng giá gói thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua vật tư y tế cho Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh (Lần 2)

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh
- Địa chỉ: Khóm Bến Có, Phường Nguyệt Hoá, tỉnh Vĩnh Long

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Quý đơn vị gửi về Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh

- Gmail: bvsntravinh.syte@vinhlong.gov.vn và mscbvsn@gmail.com.

3. Thông tin của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Nguyễn Ngọc Diễm – Số điện thoại: 0979 900 369.
- Gmail: ngocdiembvsn@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 27/02/2026 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 09/03/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 09 tháng 03 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục Mua vật tư y tế cho Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh (Lần 2)

(Phụ lục 01 - Đính kèm Yêu cầu báo giá)

2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, bảo quản:

- Địa điểm giao hàng: Khoa Dược – VTYT Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh
- Hàng hoá gửi đến bệnh viện phải đảm bảo các yêu cầu sau:
 - + Còn nguyên hộp, đai, kiện (đối với hàng chần)
 - + Còn nguyên nhãn, mác, tem

- Thông tin về hàng hoá phải ghi trên bao, kiện đóng gói; các chỉ dẫn về bốc dỡ, vận chuyển, bảo quản.

- Công ty chịu trách nhiệm cung cấp hàng hoá đúng tên loại, khối lượng/số lượng, yêu cầu/thông số kỹ thuật, chủng loại, các giấy tờ liên quan khác (nếu có) của sản phẩm.

3. Báo giá Quý đơn vị thực hiện theo mẫu báo giá tại **Phụ lục 02** đính kèm Yêu cầu báo giá này.

4. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) và chi phí vận chuyển tới Bệnh viện. 

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TTHCVCBMT

GIÁM ĐỐC

Lê Minh Dũng

PHỤ LỤC 01
DANH MỤC MUA THÊM VẬT TƯ Y TẾ CHO BỆNH VIỆN SẢN – NHI TRÀ VINH (LẦN 2)
(Đính kèm Yêu cầu báo giá ngày 27/02/2026)

STT	Tên hàng	Đơn vị	Số lượng	Thông số kỹ thuật
1	Air way số 1	Cái	50	- Công dụng: duy trì đường thở không bị cản trở trong quá trình gây mê. - Được làm từ Polyethylene không độc hại. - Tiệt trùng bằng khí E.O hoặc tương đương, không độc, không kích ứng niêm mạc, sử dụng 1 lần - Size 1 # 70mm - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
2	Băng keo chỉ thị nhiệt	Cuộn	40	Băng chỉ thị nhiệt dùng trong y tế, Chất liệu: giấy y tế đặc biệt, được in các chất chỉ thị khử trùng đổi màu nhiệt độ cao, không chứa chì, kích thước: 18-19mmx50m. Nhiệt độ tiệt khuẩn: 15 phút ở 121 độ C - 3,5 phút ở 134 độ C
3	Bộ điều hòa Karman	Bộ	50	Chất liệu: Piston được làm bằng nhựa ABS, vòng cao su Piston làm từ cao su tự nhiên, vòng chặn Piston, dù khóa, hạt khóa, Xylanh làm từ nhựa PP, thân khóa được làm từ nhựa HDPE, Ống hút các cỡ làm từ nhựa LDPE, dầu bôi trơn, tiệt trùng. Mỗi bộ kèm theo một ống hút số 6. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
4	Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 20cc	Ống	1.000	- Bơm tiêm được làm bằng nhựa PP nguyên sinh. Dung tích 20ml cỡ kim 23Gx1", pittông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. - Sản phẩm tiệt trùng bằng khí E.O theo tiêu chuẩn ISO 11135:2014, không độc tố, không chất gây sốt. - Sản xuất trong Phòng sạch đạt chuẩn TCVN 8664:2011. - Tiêu chuẩn ISO 13485:2016, ISO 9001:2015;
5	Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 5 ml/cc	Ống	2.000	- Bơm tiêm được làm bằng nhựa PP nguyên sinh. Dung tích 5ml, cỡ kim 23Gx1", 25Gx1", 25Gx5/8", pittông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. - Sản phẩm tiệt trùng bằng khí E.O theo tiêu chuẩn ISO 11135:2014, không độc tố, không chất gây sốt. Bao bì sản phẩm cấu tạo bởi 1 mặt là

				giấy tiệt trùng và 1 mặt là bao phim, bao bì được hàn kín trước khi tiệt trùng đảm bảo vô trùng và tránh vi khuẩn tái xâm nhập sau khi tiệt trùng, đảm bảo thoát hết khí E.O tồn dư. - Sản xuất trong Phòng sạch đạt chuẩn TCVN 8664:2011. - Tiêu chuẩn ISO 13485:2016, ISO 9001:2015;
6	Chỉ Polyglycolic acid số 1 kim tròn	Tép	3.456	- Chỉ tan đa sợi polyglycolic acid phủ poly(lactic-co-glycolic acid) (30/70) và calcium stearate, lớp phủ ngoài mỏng hơn 0,5% giúp sợi chỉ lướt mô nhẹ nhàng - Cỡ chỉ số 1, dài 90cm, kim tròn 1/2C 40mm - Độ bền kéo nút thắt $\geq 78.4\text{N}$ - Lực tách kim và chỉ $\geq 35.2\text{N}$ - Thời gian tan tối thiểu 60 ngày, tối đa 90 ngày - Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE và FDA
7	Chỉ Silk số 1 kim tròn	Tép	30	Chỉ không tiêu thiên nhiên đa sợi 1 kim tròn 1/2 chiều dài chỉ 75cm, chiều dài kim 26, kim phủ silicon. ISO 13485
8	Dao cắt đốt sử dụng 1 lần	Cái	10	Dùng một lần, sử dụng cho máy đốt điện, Tay đốt có nút điều khiển, Thân tay dao được sản xuất từ nhựa cứng, rất dễ cầm cho người sử dụng. Mũi dao cứng và rất sắc bén.. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
9	Dây Oxy 2 nhánh trẻ em	Sợi	100	Chất liệu nhựa y tế hoặc tương đương, dẻo, dài 2m-2.2m, trơn láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không bị gãy gập. Đóng gói tiệt trùng từng cái. Size trẻ em (Size S). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
10	Dây truyền dịch chính xác 60 giọt	Sợi	300	- Dây truyền dịch cho trẻ em, dây truyền dịch 60 giọt/ml - Dùng cho dẫn truyền trọng lực - Kim chai cứng dễ dàng đâm xuyên nút chai. - Màng lọc chất lỏng 15 micro trong buồng nhỏ giọt - Kẹp khoá giúp kiểm soát và điều chỉnh tốc độ dòng chảy dễ dàng và an toàn. - Ống nhựa PVC mềm và chống xoắn - Đường kính: I $\varnothing$ 3mm & O $\varnothing$ 4.1mm - Độ dài tiêu chuẩn: 150 cm - Không có kim - Khóa xoay luer lock

				- Công tiêm “Y” (không chứa latex) thiết kế cho nhiều lần tiêm - Không chứa DEHP, làm giảm độc tính, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. - Tiệt trùng bằng khí EO TCCL: ISO 13485, CE, FSC
11	Găng tay tiệt trùng số 6,5	Cặp	2.800	Găng phẫu thuật tiệt trùng các số, dài $280 \pm 5\text{mm}$, có phủ bột ngô biến tính chống dính, thấm thấu được. Được sản xuất từ cao su thiên nhiên, Latex li tâm 2 lần, có độ dày đồng đều, màu sắc tự nhiên, bề mặt mịn, mềm mại, có se viền găng, bền, không rách, độ co giãn tốt, khi đeo vừa tay, có tay trái và tay phải. Không bị dị ứng khi sử dụng. Đạt tiêu chuẩn : ISO 9001 : 2015, ISO 13485 : 2016. Đóng gói và tiệt trùng từng đôi một bằng khí EO, đảm bảo vô trùng đến khi sử dụng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
12	Giấy đo điện tim 80mmx20m	Cuộn	100	Giấy điện tim 80mmx20m
13	Khóa 3 ngã không dây	Cái	30	- Công dụng: Sử dụng với thiết bị truyền dịch để truyền máu lâm sàng. - Các mũi tên có mã màu chỉ hướng dòng chảy. - Sử dụng 1 lần. - Chất liệu: Thân khóa (nhựa PC trong suốt), đầu nối (nhựa PE), nắp vặn (nhựa ABS). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
14	Mask khí dung trẻ em nhỏ có dây	Cái	300	- Công dụng: là dụng cụ giúp bệnh nhân hấp thu được lượng lớn dung dịch xông một cách hiệu quả và dễ dàng nhất. - Được làm từ chất liệu nhựa PVC. - Kẹp mũi điều chỉnh được. - Mask với 2 dây đeo đàn hồi và ống dài 2m. - Dung tích buồng chứa: $6 \pm 2\text{ml}$ - Size: M - Được đóng gói riêng lẻ trong từng túi. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
15	Nón giấy phẫu thuật tiệt trùng	Cái	1.500	Vải không dệt polypropylen cao cấp Màu xanh đồng đều, không loang bầm, ko dính tạp chất. Không kích ứng da $2.9\text{g} - 3.8\text{g}/1\text{cái}$.

				Độ co giãn tốt. Tiết trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
16	Ống hút đàm số 6	Sợi	300	- Được thiết kế để loại bỏ các chất nhớt được tiết ra từ miệng, khí quản và dịch phế quản. - Làm từ chất liệu nhựa PVC không độc hại, không gây kích ứng da dùng trong y tế. - Màu sắc: trong suốt hoặc mờ. - Size: 6 - Chiều dài tiêu chuẩn: 50cm, đầu nối dài từ 3-5cm, có 2 lỗ không đối xứng. - Phân loại: dây hút đàm có khóa. - Được đóng gói riêng lẻ và tiết trùng trong từng túi bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
17	Sonde dạ dày số 6 có nắp	Sợi	200	- Được sản xuất từ nhựa PVC, không độc hại, không gây kích ứng. - Mỗi kích cỡ có màu sắc khác nhau để dễ dàng phân biệt. - Được đóng gói riêng lẻ từng túi. - Size số 6: 40cm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
18	Sonde Foley 2 nhánh các số 16	Sợi	500	- Chất liệu cao su thiên nhiên, độ cong thích hợp, có bóng cân đối 2 nhánh. Bề mặt tráng silicone để làm giảm phản ứng, dị ứng, trơn láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dễ vỡ, thành ống dày chống gây gập. không có chất DEHP. - Dây số 16Fr có chiều dài 400mm - Tiết trùng bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
19	Sonde hậu môn 28	Sợi	10	- Chất liệu: PVC, không độc hại, không gây kích ứng - Ống thông có cản quang hoặc không cản quang để xác định vị trí chụp X-Quang. - Thân ống mềm mại, trong suốt. - Chiều dài: 40cm - Size 28 - Tiết trùng bằng khí OE

20	Túi ép dẹp 150mm x 200m	Cuộn	15	Túi ép đựng dụng cụ tiết khuẩn được cấu tạo từ giấy y tế và màng copolymer đa lớp PET/PP trong suốt. Có hai phương pháp chỉ thị: tiết trùng bằng khí EO và tiết trùng bằng hơi nước ở nhiệt độ 134 độ C. - Chỉ thị màu khi hấp hơi nước thay đổi từ Xanh sang Đen. - Chỉ thị màu khi hấp khí EO thay đổi từ Hồng sang Vàng. Túi ép tiết trùng dạng dẹp, Size: 150mm*200m Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
21	Túi nước tiểu có dây	Cái	1.200	Chất liệu nhựa y tế, có khoá có dây, mềm dẻo, dai khó rách, không chảy nước. Túi kích thước 20x25 cm, chia vạch có van xả phía dưới, miệng ống 90cm, van không chảy ngược và có van kéo đẩy.. Dung tích túi đến 2.000ml có dây treo, có van xả đáy. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Phụ Lục 02. MẪU BÁO GIÁ

(Gửi kèm Yêu cầu báo giá ngày 27/02/2026 của Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh)

Tên đơn vị:.....

Mã số thuế:

Địa chỉ:

SĐT liên hệ:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

... .., ngày tháng năm 2026

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh

Chúng tôi xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá các mặt hàng như sau:

STT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật hoặc thành phần	Tên thương mại	Mã, code hàng hoá (REF)	Số đăng ký/Số công bố/Số giấy phép nhập khẩu	Cơ sở sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đã có VAT, VNĐ)	Giá kê khai	Mã HS	Ghi chú
1														
2														
3														
...														

Giám đốc đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Báo giá có hiệu lực ngày, kể từ ngày 09 tháng 03 năm 2026

