

SỞ Y TẾ
BỆNH VIỆN SẢN NHI

Số: 12/ CV-BVSN
V/v đề nghị báo giá sửa
chữa trang thiết bị tại Bệnh
viện Sản - Nhi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trà Vinh, ngày 17 tháng 01 năm 2023

Kính gửi: Các đơn vị trong lĩnh vực sửa chữa trang thiết bị.

Lời đầu tiên, Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quý đơn vị.


Do nhu cầu cần sửa chữa trang thiết bị tại Bệnh viện Sản - Nhi. Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng sửa chữa gửi báo giá để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, lập kế hoạch sửa chữa (danh mục sửa chữa theo phụ lục đính kèm).

Báo giá của Quý đơn vị gửi về Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh (địa chỉ: Ấp Bến Có, xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh). Thời gian nhận tài liệu từ 08h00 đến 17h00 hàng ngày và hết ngày 27/01/2023.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Ds Dương Tấn Tài, điện thoại: 0939 688 242.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Lê Minh Dũng

PHỤ LỤC
DANH MỤC SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ TẠI BỆNH VIỆN SẢN - NHI
(Đính kèm Công văn số: 12/ CV-BVSN Ngày 17/01/2023)



Stt	Tên thiết bị/ Seri/ Số hiệu TSCĐ	Số lượng	Tình trạng
1	Máy soi cổ tử cung có camera Số hiệu TSCĐ: MSCTC2 Model: 935 Hãng/nước sx: Seiler/Mỹ	01	Hư màn hình, hư nguồn.
2	Monitor trung tâm	01	Không kết nối được với các máy con
3	Máy sấy đồ vải RENZACCL	01	Hư điện trở
4	Nồi hấp Số hiệu TSCĐ: NH2 Model: TC-500 Hãng/nước sx: Gemmy/Đài Loan	01	Hư ron cửa