

Trà Vinh, ngày tháng 7 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: **Quý đơn vị;**

Lời đầu tiên, Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý đơn vị. Bệnh viện Sản - Nhi có nhu cầu tiếp nhận báo giá làm cơ sở xây dựng giá gói thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu Cung cấp linh kiện sửa chữa trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Sản - Nhi.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh
- Địa chỉ: Ấp Bến Có, xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Quý đơn vị gửi về Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh

- Gmail: bvsn.syt@travinh.gov.vn

3. Thông tin của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Nguyễn Ngọc Diễm – Số điện thoại: 0979900369.
- Gmail: ngocdiembvsn@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 22/7/2024 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 02/8/2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 02 tháng 8 năm 2024.

6. Có thể báo giá riêng từng trang thiết bị không cần báo giá toàn bộ.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục Sửa chữa trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Sản - Nhi.

STT	TÊN THIẾT BỊ	ĐVT	SỐ LƯỢNG	TÌNH TRẠNG	GHI CHÚ
1	Máy sấy 54 kg	Cái	1	Máy hư điện trở, cần mua mới để thay thế: 01 bộ điện trở, 01 bộ dây đấu từ CP đến điện trở, 01 cái sensor nhiệt.	
2	Máy xét nghiệm huyết đồ 19 thông số	Cái	1	Thay thế board CPU.	
3	Hệ thống rửa tay phẫu thuật viên	Cái	1	Thay 02 cái vòi nước rửa tay phẫu thuật viên	
4	Máy gây mê giúp thở (Datex Ohmeda)	Cái	1	Thay 02 cái Flow sensor	
5	Máy gây mê	Cái	1	<input type="checkbox"/> Thay mới 01 cái sensor oxy <input type="checkbox"/> Thay 01 cái bóng xẹp <input type="checkbox"/> Thay 01 cái pin dự phòng <input type="checkbox"/> Thay mới 01 bộ dây dẫn khí oxy + co, val kết nối <input type="checkbox"/> Thay mới 01 bộ dây dẫn khí nén + co, val kết nối <input type="checkbox"/> Thay mới dây máy gây mê giúp thở	
6	Máy monitor sản khoa	Cái	2	Thay 02 bộ dây đầu dò	
7	Máy monitor sản khoa	Cái	2	Thay 02 bộ dây đầu dò	
8	Monitor sản khoa hai chức năng	Cái	1	Hư bộ đầu dò tim thai và con co tử cung: 01 bộ	
9	Đèn hồng ngoại	Cái	5	Mua 20 bộ đuôi đèn+ biến trở thay thế và dự trữ kho	
10	Máy giặt 32 kg	Cái	1	Máy hư ron, kỹ thuật đã khắc phục sử dụng tạm thời, cần mua 01 bộ ron cửa mới để thay thế	

				Sau đó đề nghị hư thêm mạch nguồn	
11	Máy siêu âm 4D	Cái	1	Máy hoạt động bình thường, hư đầu dò âm đạo. Vượt khả năng của tổ kỹ thuật mời công ty sửa chữa hoặc mua mới để thay thế.	
12	Nồi hấp tiết trùng 340 lít	Cái	1	Máy hư van điện 220V ϕ 21 và đầu bơm nước của máy bơm, hư đường ống dẫn nước từ bồn chứa nước đến máy bơm, hư lúp B 01 chiều bằng thao ϕ 21	
13	Nồi hấp tiết trùng 540 lít	Cái	1	Hư lồng hấp	
14	Nồi hấp ♦ Model: TC - 750 ♦ Seri: 1517475 ♦ Hãng sản xuất: Gemmy ♦ Xuất xứ: Đài Loan	Cái	3	Điện trở 12kW/380V	
15	Máy monitor sản khoa	Bộ	14	Thay 14 bộ dây nịt bụng (dây cố định đầu dò)	
16	Máy ly tâm hematorit: Model: M24 Số seri: 15100336 Hãng sản xuất: LW Scientific Nước sản xuất: Đài Loan	Bộ	1	Thay chổi than	
17	Nồi hấp Model: TC500 Số seri: 1204118 Hãng sản xuất: Gemmy Nước sản xuất: Đài Loan	Cái	1	Thay Van ϕ 21 hai chiều	
18	Máy điện tim 3 cần Model: EPG Project Seri: E066E003220 Hãng sản xuất: Progetti Nước sản xuất: Ý	Bộ	1	Thay bộ điện cực	

19	Máy monitor sản khoa ♦ Model: MT - 516 CLASS ♦ Seri: 9819H70 ♦ Hãng sản xuất: Toitu ♦ Xuất xứ: Japan	Cái	1	- Máy bị hư đầu dò con gò, đề nghị mua bộ dây mới 01 bộ dây đầu dò.	
20	Máy truyền dịch - Model: Infusomat P - Seri: 117205 - Hãng sản xuất: B.Braun Melsugen AG -Nước sản xuất:Đức	Cái	1	Hư Pas cửa.	
21	Máy giặt 55 kg Model: LX 55; Seri: 20707; Hãng sản xuất: Renzacci; Xuất xứ: Ý	Cái	1	Mua dây curoa.	
22	Máy đo SPO2; Model: OXCYON II; Seri: 10141160689 Hãng sản xuất: INFINIUM; Xuất xứ: Mỹ;	Cái	1	Ổ ghim dây đo SPO2	
23	Nồi hấp 150 lít chạy điện ♦ Model: TC-500 ♦ Seri: 1204118 ♦ Hãng sản xuất: Gemmy ♦ Xuất xứ: Đài Loan	Cái	1	Xin mua mới các linh kiện: - 01 bộ điện trở 12KW (để thay thế) - 02 bộ điện trở 12KW (để dự trữ thay thế). - 01 cái van φ 21 hai chiều	
24	Máy giặt 55 kg Model: LX 55; Seri: 20707; Hãng sản xuất: Renzacci; Xuất xứ: Ý;	Cái	1	Hư dây curoa - 01 bộ (03 dây). - Xin mua 01 bộ thay thế và 01 bộ dự trữ.	
25	Máy hút đàm - Model: New Askir 20 - Seri: 21291 - Nước sản xuất: Ý - Hãng sản xuất: Cami	Cái	1	Hư công tắc điện.	

26	Bóng đèn đặt nội khí quản	Cái	04	Thay thế bóng bị hư	
27	Bóng đèn đặt nội khí quản	Cái	06	Dự phòng khi hư hỏng	

2. Địa điểm khảo sát và thực hiện công việc: Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh
Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có).

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TTHCVCBMT

GIÁM ĐỐC

Lê Minh Dũng