

SỞ Y TẾ
BỆNH VIỆN SẢN NHI

Số: /BVSNN-KDVTYT
V/v báo giá bình bốc hơi cho máy
gây mê

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trà Vinh, ngày tháng năm 2023

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh trang thiết bị y tế.

Lời đầu tiên, Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quý đơn vị.

Do nhu cầu mua sắm bình bốc hơi cho máy gây mê. Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh kính mời các đơn vị quan tâm gửi báo giá để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, lập kế hoạch mua sắm (danh mục hàng hoá theo phụ lục I đính kèm).

Báo giá của Quý đơn vị gửi về Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh (địa chỉ: Ấp Bến Cỏ, xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) theo mẫu đính kèm (Phụ lục II), file mềm báo giá gửi vào địa chỉ email: bvsnn.syt@travinh.gov.vn. Thời gian nhận báo giá từ 08h00 đến 17h00 hàng ngày và trước ngày 30/6/2023.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Tổ xây dựng hồ sơ thầu Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh, điện thoại: 02943 849 989.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT; KD-VTYT.

GIÁM ĐỐC

Lê Minh Dũng

PHỤ LỤC I

(Đính kèm Công văn số: /BVSNN-KDVTYT ngày / /2023)

STT	Tên mặt hàng	Đơn vị tính	Số lượng kế hoạch	Thông số kỹ thuật hoặc thành phần	Ghi chú
1	Bình bốc hơi cho máy gây mê	Bình	02	<ul style="list-style-type: none">- Loại thuốc: Sevoflurane.- Kích thước: 239 mm (Cao) × 120 mm (Độ rộng) × 210 mm (Độ sâu).- Trọng lượng: 6.0 Kg (bình trống); 6.5 Kg (Bình đồ đầy).- Chuẩn châm thuốc: Quick-fill *(Chỉ dành cho thuốc Sevoflurane).- Dung tích: 360 ml.- Khoảng lưu lượng: 0.2 ~ 15 L/phút.- Khoảng nồng độ thuốc mê: Sevoflurane 0 ~ 8% .- Môi trường hoạt động:<ul style="list-style-type: none">+ Nhiệt độ: 10 ~ 40°C .+ Độ ẩm: 15 ~ 95%, không đọng nước .+ Áp suất: 70 ~ 106 kPa (đồ đầy).- Môi trường lưu trữ<ul style="list-style-type: none">+ Nhiệt độ: - 20 ~ 60°C .+ Độ ẩm: 10 ~ 95%, không đọng nước.+ Áp suất: 50 ~ 120 kPa (bình trống).- Góc nghiêng tối đa: Nghiêng 10° đứng tự do, nghiêng 30° trong quá trình hoạt động.- Chuẩn gắn trên máy mê: Selectatec **.- Tuân thủ tiêu chuẩn: ISO8835-4; ISO5360.	

Phụ Lục II. MẪU BÁO GIÁ

(Gửi kèm công văn số: /BVS-N-KDVTYT/ Ngày / /2023 của Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh)

Tên đơn vị:.....

Mã số thuế:

Địa chỉ:

SĐT liên hệ:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

... .., ngày tháng năm

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh

Chúng tôi xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá các mặt hàng như sau:

STT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật hoặc thành phần	Tên thương mại	Số đăng ký/Số công bố/Số giấy phép nhập khẩu ⁽¹⁾	Cơ sở sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đã có VAT, VNĐ) ⁽²⁾	Giá kê khai	Mã kê khai	Mã HS ⁽³⁾	Ghi chú
1													
2													
3													
...													

Giám đốc đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Báo giá có hiệu lực đến ngày....tháng...năm 2023.

- Thời gian bảo hành:

- Năm sản xuất: 2022 trở về sau

- Chất lượng: thiết bị mới 100%.

Lưu ý:

- Hàng hoá không thuộc quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 ghi rõ không áp dụng (KAD).
- Giá đã bao gồm thuế VAT, phí vận chuyển và các loại phí, lệ phí khác.
- Mã HS: mã hoá hàng hoá (HS – Harmonized Commodity Description and Coding System) theo Hệ thống phân loại hàng hoá do Tổ chức Hải quan thế giới WCO phát hành. Mã HS căn cứ theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính (được Tổng cục Hải quan đăng tải trên trang thông tin điện tử: <https://www.customs.gov.vn>). Đối với trang thiết bị y tế mã HS được xác định theo Thông tư số 14/2018/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ Y tế. Bỏ trống khi không có mã.

